

Postez l'enveloppe sans affranchir.

Etape 4 > Résultats

RÉSULTAT NÉGATIF (98% DES CAS)
Cela signifie qu'aucun saignement n'a été détecté dans les selles.

Il arrive que certains polypes ou cancers ne soient pas détectés par le test s'ils ne saignent pas au moment des prélèvements.
Vous serez invité(e) à renouveler le test dans deux ans.
Dans l'intervalle, si des troubles digestifs apparaissent (présence de sang dans les selles, modification soudaine du transit, douleurs abdominales persistantes), consultez votre médecin.

RÉSULTAT POSITIF (2% DES CAS)
Cela ne signifie pas que vous avez un cancer mais que du sang a été détecté dans vos selles.

Pour en identifier l'origine, votre médecin vous prescrira une coloscopie réalisée par un gastroentérologue.

Pour tout renseignement, contactez le :

N° Vert 0 800 77 99 58

Centre de Dépistage des Cancers PYRADEC
Dépistage des Cancers en Pyrénées-Atlantiques

Imp. Moderne • 05 59 132 132 • P-10-01-0234

Test de recherche de sang dans les selles

Mode d'emploi

Etape 1 > Préparation des plaquettes



Collez une étiquette sur la face arrière de la plaquette ou complétez les informations demandées.

Aucun régime alimentaire n'est nécessaire (éviter le boudin noir).

Si vous prenez des médicaments contenant de l'aspirine (plus de 1000mg/jour) ou de la vitamine C, parlez-en à votre médecin.

Différez la réalisation du test en présence de règles.

Etape 2 > Réalisation du test

Utilisez le papier fourni pour le recueil des selles (matières fécales). Placez-le sur la cuvette en le coinçant sous la lunette.

Attention : Pour garantir l'efficacité du test, la selle ne doit pas entrer en contact avec un liquide (eau, urine, javel).

Vous pouvez aussi utiliser un récipient propre et sec : sac plastique, cuvette, papier journal, etc. A placer au fond de la cuvette.

Avec un bâtonnet, prélevez un petit échantillon de selle de la taille d'une lentille ou d'un grain de riz.



Soulevez la languette nommée « selle 1 » et déposez l'échantillon sur le cadre A de la plaquette.

Avec un autre bâtonnet, prélevez un deuxième échantillon de même taille à un autre endroit de la même selle.



Appliquez cet échantillon sur le cadre B



Refermez le volet, indiquez la date de prélèvement. Cette opération est à réaliser sur trois selles successives.



Chaque prélèvement doit être réalisé avec un nouveau bâtonnet. Si vous allez à la selle en oubliant d'effectuer un prélèvement, vous pouvez faire le prélèvement sur la selle suivante.

Collez une étiquette ou inscrivez vos coordonnées sur la pochette de protection plastifiée. Attention, un délai de 10 jours maximum doit être respecté entre le premier prélèvement et l'envoi du test.

Etape 3 > Envoi du test

Glissez la plaquette avec les prélèvements dans la pochette de protection.



Placez la pochette fermée et la feuille d'identification dans l'enveloppe T.

Si vous n'avez pas vos étiquettes, contactez PYRADEC.